



WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO  
I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY W GORZYCACH  
44 – 350 GORZYCE UL. ZAMKOWA 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
KSIĘGA REJESTROWA PODMIOTÓW LECZNICZYCH NR 000000014046  
KRS 0000045171 REGON 001092085 NIP 6472170474 e-mail: woloizol@woloizol.com.pl  
TEL. +48 / 32 CENTRALA 45 11 172, 45 11 547 SEKRETARIAT 45 11 697 FAKS 45 11 696

[www.woloizol.com.pl](http://www.woloizol.com.pl)

Gorzycy, dnia 10.04.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych, wyrobów i materiałów medycznych oraz innych produktów dla potrzeb Apteki w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Gorzycach. Postępowanie nr 5/2020/APTEKA/PN.**

**Pytania Wykonawcy:**

**Pakiet nr 11 poz. 1, 2**

1. W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o doprecyzowanie i zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1.

Jednocześnie Zamawiający wymaga zgodności i oznakowania rękawic zgodnie z normą EN 388.

Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku zgodności rękawic z nowym rozporządzeniem tj. EN ISO 374-1 zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z EN 388. Prosimy zatem o potwierdzenie iż Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zgodności z normą EN-388.

2. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 11 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższej rękawicy:

Sterylnie nitrylowe rękawice diagnostyczne, bezpydrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiety rolowane, dostępne w rozmiarach S – XL, rękawice posiadające AQL 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy).

Rękawice zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie Is zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG & 2007/47/EC, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 15523-1, EN 1041, EN 11137-1, EN 11137-2, EN 556-1.

Rękawice nie posiadają dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

270

Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane jako wyrób medyczny, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii produkcyjnej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.



*mgr Sławomir Sito*